cobas® PCR Female Swab Sample Kit

Pour *Chlamydia trachomatis* et *Neisseria gonorrhoeae*

Instructions[1] pour l'autoprélèvement d'échantillon vaginal

Préparation avant le prélèvement d'échantillon :

- Se déshabiller pour pouvoir accéder à la zone vaginale.
- S'installer dans une position confortable.
- Retirer le tube de prélèvement ainsi qu'un seul écouvillon de la trousse de prélèvement.

Ne pas tremper l'écouvillon dans le milieu cobas® PCR ou autre liquide avant d'exécuter le prélèvement



1. POSITIONNER :
Tenir l'écouvillon d'une main et, de l'autre main, séparer les plis de peau autour de l'ouverture du vagin (lèvres). **Ne pas toucher** ou déposer l'embout de l'écouvillon sur une surface. Sinon, utiliser le second écouvillon fourni.



2. PRÉLEVER :
Insérer l'écouvillon dans l'ouverture vaginale à une profondeur d'environ **5 cm (2 po)** . Faire tourner doucement l'écouvillon environ **30 secondes** tout en le frottant contre les parois vaginales. Retirer délicatement l'écouvillon. S'assurer que l'écouvillon **ne touche aucune surface** avant de le placer dans le tube de collecte.



3. OUVRIR :
Retirer le bouchon du tube à l'aide de la main tenant déjà l'écouvillon, tel qu'indiqué sur l'illustration ci-contre.

4. ALIGNER :
Insérer l'écouvillon dans le tube jusqu'à ce que la **ligne noire** visible sur la tige soit alignée avec le rebord du tube. L'extrémité de l'écouvillon devrait se situer juste au-dessus de la surface du liquide dans le tube.





5. ROMPRE :
Incliner avec précaution l'écouvillon contre le rebord du tube et **rompre la tige au niveau de la ligne noire**. Jeter la partie supérieure de l'écouvillon.

6. FERMER :
Refermer le tube en serrant bien le bouchon. **Retourner** l'échantillon à votre professionnel de la santé tel qu'indiqué.
Jeter le second écouvillon si non utilisé.

PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION :

Le contenu du tube de prélèvement peut entraîner des irritations en cas de contact avec la peau ou d'autres parties du corps.

En cas d'éclaboussure ou de déversement accidentel du contenu du tube, ne pas nettoyer soi-même. Prévenir immédiatement un professionnel de la santé.

Transport : entre 2°C et 30°C ▪ **Stabilité du prélèvement :** 12 mois

L'ÉCHANTILLON SERA REJETÉ S'IL Y A :
- Présence de deux écouvillons dans un même tube
- Absence d'écouvillon dans un tube
-Excès de sang (>5%)

Roche

cobas®

[1] Les personnes qui exécutent ou dirigent le prélèvement d'échantillons doivent consulter le mode d'emploi complet.

13-Feb-2012 v3